



ANALI - 095

Laboratório Analítico Habilitado pela ANVISA

Veja o escopo no site da ANVISA:  
[http://www.anvisa.gov.br/reblas/bio/analitico/analitico\\_095.htm](http://www.anvisa.gov.br/reblas/bio/analitico/analitico_095.htm)**RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 105013/2021A**  
**ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS****Teste de Eficiência da Filtração Bacteriana "BFE- 15052- Máscaras Cirúrgicas"**

São Paulo, 20 de Abril de 2021.	
<b>AZULMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE PROTEÇÃO HOSPITALAR LTDA</b>	Avenida Melvin Jones 1.194 - Parque Industrial Bandeirantes - Cond. Log Park - Barracão nº20
Solicitante: José Carlos Cassucce	CEP: 87070-030, Maringá - PR
Material: Máscara Cirúrgica tripla Camada Descartável	
Data de entrada: 16/04/2021	Hora de entrada: 12:44
Embalagem: Caixa Plástica	Condições de transporte: Temperatura ambiente

**Descrição da amostra:**

Marca: Azulmed Descartáveis		
Lote: MC 17821		
Composição: 1 Camada Filtrante de TNT 25g/m² Melt Blown e 2 Camadas de TNT 20g/m²		
Gramatura: 20g - 25g - 20g		
Quantidade de Camadas: 3 Camadas		
Cor: Branca		
Tamanho: 17,5cm x 9,5cm		
Fabricante: Azulmed Ind. E Com. De Produtos de Proteção Hospitalar		
Nº do Produto: 01	Data de Fabricação: 04/2021	Data de Validade: 04/2023

**Micro-organismo utilizado:** *Staphylococcus aureus* ATCC 6538**Resultado:** A amostra apresentou 95,4% de eficiência de filtração bacteriana.**Requisito de aprovação segundo NBR 15052:2004**

BFE% $\geq$ 95%	Aprovada
BFE% <95%	Reprovada

**Metodologia:** ABNT NBR 15052: 2004 Anexo B Artigos de não tecido de uso Odonto-médico-hospitalar - Máscaras Cirúrgicas - Requisitos**Observação:** Este ensaio tem seu valor restrito somente à(s) amostra(s) entregue(s) a CONTROLBIO. O presente documento de resultado(s) de ensaio(s), foi emitido em uma via original, respondendo o Laboratório, apenas pela veracidade desta via.

Diretora Técnica	Gerente de Laboratório
Maria José Silveira CRBio 18.098-01	Paula de Maio Trezza CRBio 48.933/01-D

Controlbio Assessoria Técnica Microbiológica S/S Ltda.

Rua Comendador Elias Assi, 645 - Caxingui - CEP 05516-000 - São Paulo - SP

Laboratório de Ensaio acreditado pela CGCRE de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob número CRL 0545, escopo disponível em: <http://www.inmetro.gov.br/laboratorios/rble/docs/CRL0545.pdf>Visualize os ensaios habilitados na ANVISA/REBLAS em [www.controlbio.com.br](http://www.controlbio.com.br).