

**Fwd: DUVIDA PREGAO 23/22**

1 mensagem

COMPRAS E MANUTENÇÃO CONIMS <compras@conims.com.br>
Para: LICITAÇÃO E CONTRATOS CONIMS <licitacao@conims.com.br>

8 de julho de 2022 16:43

----- Forwarded message -----

De: **Clovis Barvinski** <BrilhoDistribuidora@outlook.com>
Date: sex., 8 de jul. de 2022 às 11:50
Subject: DUVIDA PREGAO 23/22
To: **COMPRAS@CONIMS.COM.BR** <COMPRAS@conims.com.br>

Bom dia !

Este item

17.5.1. Autorização de Funcionamento da empresa (AFE) emitida pela ANVISA/MS ou documento comprobatório de isenção.

Isso é exigido para todos os itens, ou somente alguns específicos.





Re: DUVIDA PREGAO 23/22

1 mensagem

LICITAÇÃO E CONTRATOS CONIMS <licitacao@conims.com.br>
Para: BrilhoDistribuidora@outlook.com

11 de julho de 2022 07:51

Bom dia,
Referente ao questionamento informamos que sim, será exigido para todos os itens do pregão, salvo os que são dispensáveis e que serão necessários apresentação do documento comprobatório de isenção.

-- Atenciosamente, Jean

LICITAÇÃO / CONTRATOS / CREDENCIAMENTO
CONIMS – Consórcio Intermunicipal de Saúde
CNPJ: 00.136.858/0001-88
Fone: (46) 3313 3550
Whats App Licitação: (46) 98405-8825
Rua Afonso Pena, 1902 – Bairro Anchieta
CEP: 85501-530 – Pato Branco - PR
www.conims.com.br



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/202 - ESCLARECIMENTOS

1 mensagem

LICITAÇÃO IS8 <licitacao@is8.com.br>
Responder a: licitacao@is8.com.br
Para: licitacao@conims.com.br

11 de julho de 2022 14:07

Sr. pregoeiro, boa tarde

Após análise do edital acima citado e seus anexos, solicitamos esclarecimentos conforme abaixo.

1 –

No item 321 – Integrador Químico Classe V, o descritivo solicita que o produto atenda a norma ISO 11140 que reproduzimos :

“O TESTE DE CALOR SECO É PROJETADO PARA ASSEGURAR QUE OS INDICADORES/ INTEGRADORES PARA VAPOR REQUEIRAM A PRESENÇA DE VAPOR (AGENTE ESTERILIZANTE), A FIM DE RESPONDER.”

Porém, os produtos que não exigem interpretação de cor reagem sem a presença de agente esterilizante (Vapor). Ou seja, indicadores químicos por pastilha/pílula só “precisam de tempo e temperatura para reagir.

Já os produtos existentes no mercado em que a monitoração é **por variação de cor**, atendem plenamente o que dita a ISO 11140 por integrar: Temperatura, Tempo e Agente Esterilizante.

Perguntamos : Será aceito produto cuja interpretação seja por mudança de cor e está DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO ?

2 –

No item 677 é solicitado o fornecimento de Teste Bowie Dick e, de acordo com o descritivo “.....Caixa c/ 50 unidades”.

Na coluna APRESENTAÇÃO, está como CX (caixa).

Na coluna QUANTIDADE, 620

Na coluna VALOR MAXIMO ACEITÁVEL, está R\$ 42,69

Perguntamos : 1 – Estamos corretos quando afirmamos que, de acordo com as especificações, estão sendo licitadas 620 caixas com 50 unidades CADA CAIXA ?
Se sim, o valor de R\$ 42,69 (valor estimado de
cada caixa) é INEXEQUIVEL.

2 – Se estivermos errados, qual a quantidade e seu valor estimado corretos ?

Agradecemos o breve retorno.

Qualquer dúvida, estamos à disposição.

Grata !



Eliana Borsare
Comercial / Licitações

Al. São Coelano, 1807 – Cj. 11 – São Coelano do Sul – SP
(11) 3565-7705 (11) 96157-4799

**Re: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/202 - ESCLARECIMENTOS**

1 mensagem

LICITAÇÃO E CONTRATOS CONIMS <licitacao@conims.com.br>
Para: licitacao@is8.com.br

12 de julho de 2022 09:38

Bom dia,
referente a questionamentos

- 1- No item 321 - Integrador Químico Classe V, os produtos serão aceitos sim!
- 2- No item 677 - Teste Bowie Dick, houve alteração no Edital.

Segue em anexo Edital Retificado para conhecimento, estando disponível também no site do Conims

Atenciosamente, Jean

LICITAÇÃO / CONTRATOS / CREDENCIAMENTO**CONIMS – Consórcio Intermunicipal de Saúde****CNPJ: 00.136.858/0001-88**

Fone: (46) 3313 3550

Whats App Licitação: (46) 98405-8825

Rua Afonso Pena, 1902 – Bairro Anchieta

CEP: 85501-530 – Pato Branco - PR

www.conims.com.br**2 anexos**

 **11.8. EDITAL III.pdf**
1380K

 **11.10. AVISO DE RETIFICAÇÃO EDITAL PE23.pdf**
124K