**CNPJ:** 00.136.858/0001-88 **Telefone:** (46) 3313-3550

Endereço: RUA AFONSO PENA, 1902 - ANCHIETA

**CEP:** 85501-530 - Pato Branco

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 29/2022

Processo Adm.: 204/2022

Data do Processo: 02/09/2022

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) presidente Paulo Horn, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

a) Nr. Processo: 204/2022 b) Nr. Licitação: 29/2022 - PE c) Modalidade: Pregão eletrônico d) Data de Homologação: 16/11/2022

e) Objeto da Licitação: Aquisição de equipamentos médicos e hospitalares conforme condições, quantidades e

especificações estabelecidas neste edital e seus anexos.

Un.

UN

Quantidade

13,000

## f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:

### 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE

16 - Oxímetro de pulso portátil adulto, pediátrico e neonatal. Deve possibilitar avaliar e monitorar com precisão no mínimo: a saturação do oxigênio (SPO2), Frequência e Qualidade do Pulso, Frequência Cardíaca por Minuto (BPM), Curva Pletismográfica e Índices de Perfusão. Indicador de Alarmes visuais de LED colorido e sonoros para captar baixas saturações e capacidade de bateria. Capacidade de Memória de armazenamento de dados mínimo de 48 horas e podendo ainda serem transmitidos a um computador. Deve acompanhar o produto: Alimentação Pilhas Alcalinas ou Bateria Recarregável com carregador e Sensores para Oximetria adulto, pediátrico e neonatal. Cabo USB e Manual de Instruções. Bivolt.

VI. Unitário

792,0000

**Total dos Itens** 

R\$ 10.296,00

Total fornecedor: R\$ 10.296,00

### **CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA**

15 - Otoscópio - Equipamento para exame visual do ouvido. Otoscópio em fibra óptica em material de alta resistência. Lâmpada halógena, lente de aumento de 2.5x e 05 espéculos permanentes de plástico com diâmetros aproximados: 2,5mm-3,0mm-3,5mm-4,0mm- 8,0mm. Possuir regulador de alta e baixa luminosidade e encaixe para visor sobressalente. Possuir cabo em aço inoxidável. Possuir visor articulado ao cabeçote e móvel. Acompanhar lâmpada e visor sobressalente. Apresentar cabo em aço inoxidável de tamanho médio para pilhas. Possuir lupa redonda. Possuir controle de intensidade de luz desejável.

UN 30,000 382,8000 R\$ 11.484,00

Pato Branco/PR, 16 de Novembro de 2022	
	PAULO HORN
	Presidente

#### CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 00.136.858/0001-88 Telefone: (46) 3313-3550

Endereco: RUA AFONSO PENA, 1902 - ANCHIETA

85501-530 - Pato Branco

PREGÃO ELETRÔNICO Nr.: 29/2022

Processo Adm.: 204/2022

Data do Processo: 02/09/2022

## f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:

Alimentação por pilhas médias comuns. Acompanha estojo reforçado para acondicionamento e transporte, contendo: Lâmpada e visor sobressalente e 05 (cinco) espéculos permanentes de plástico. Garantia mínima de 12 meses.

Quantidade VI. Unitário Un. **Total dos Itens** 

> R\$ 11.484,00 **Total fornecedor:**

### **EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES**

12 - Detector de batimentos cardíaco fetal - Modelo digital e portátil, alimentado por bateria 9 v. que permita guarda do cristal. Deverá estar acondicionado em estojo para transporte, e que permita facilidade de troca da bateria. Medidas aproximadas de 4 X 8 X 18 cm. Deverá trazer a marca do fabricante e lote de fabricação gravada no aparelho. Garantia mínima de 01 ano. O produto deve vir acompanhado de no mínimo 2 baterias, transdutor, gel e demais cabos, conectores, acessórios indispensáveis para o perfeito funcionamento. Catálogo e Manual em português, registro no MS/ANVISA.

13 - Detector Fetal digital de mesa: equipamento para uso obstétrico, não invasivo, destinado para diagnóstico de gravidez múltipla, morte fetal, localização da placenta, determinação da vida fetal a partir da 10° semana de gestação aproximadamente e avaliação do batimento cardio-fetal durante o trabalho de parto e o bem-estar do feto no pré-parto. Montado em caixa de material de alta resistência para suportar pequenos e médios impactos. Método por ultrassom. Display digital em LCD para indicação numérica da frequência cardíaca fetal em batimentos por minuto (bpm) e da onda do batimento cardíaco fetal. Alto falante embutido. Possuir botão liga/desliga e função de desligamento automático temporizado. Possuir controles de volume e tonalidade para filtragem de ruídos indesejáveis. Faixa mínima para detecção cardíaca fetal: 50 a 240 bpm, com precisão e resolução de 1 bpm. Transdutor com frequência de operação entre 2,0 e 2,5 MHz (± 10 %). Com suporte para alojar o transdutor acústico. Saída para transdutor e fone de ouvido. Possuir bateria interna recarregável, com autonomia mínima de 120 minutos. Acompanhar transdutor (categoria IPX1) com cabo de no mínimo 01 (um) metro, com frequência compatível ao equipamento; Acompanhar fone de ouvido para ausculta individual; Acompanhar tubo com gel; Acompanhar carregador de bateria; Fornecimento de todos os cabos, conectores, acessórios, indispensáveis ao funcionamento solicitado. Bivolt automático. Garantia mínima de 1 ano.

#### UN 31,000 R\$ 8.990,00 290,0000

UN 7,000 600,0000 R\$ 4.200,00

> R\$ 13.190.00 Total fornecedor:

## **HUBNET E-COMMERCE EIRELI**

Pato Branco/PR, 16 de Novembro de 2022	
Tato Brancos IX, To de Novembro de 2022	
	PAULO HORN
	Presidente

CNPJ:

## ESTADO DO PARANÁ

### CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

00.136.858/0001-88 **Telefone:** (46) 3313-3550

Endereço: RUA AFONSO PENA, 1902 - ANCHIETA

**CEP:** 85501-530 - Pato Branco

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 29/2022

Processo Adm.: 204/2022

Data do Processo: 02/09/2022

## f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:

4 - Balança eletrônica digital adulta com régua antropométrica acoplada com escala numérica de no mínimo 200 cm úteis, visor em LCD digital, com capacidade para no mínimo 200 kg, com divisões de no máximo 100 g, pesagem imediata dispensando preaquecimento. Acabamento em tinta eletrostática. Tapete/piso em borracha antiderrapante. Pés reguláveis em borracha sintética e Bivolt. Construida em material resistente e de fácil higienização. Certificada pelo Inmetro. Deve acompanhar manual de instrução de uso em português. Garantia mínima de 12 meses.

6 - Balança eletrônica digital pediátrica. Construída em material resistente e de fácil higienização, exclusivamente para pesagem de crianças menores de 2 anos de idade. Display digital com indicadores de peso com no mínimo 5 dígitos. Função da tecla TARA (zero) no painel frontal. Capacidade de pesagem de no mínimo 15 kg com graduação (precisão) de no máximo 10 g. Deve possuir prato em forma de concha com capa almofadada para garantir maior segurança e conforto à criança, feitos com material resistente, higienizável e atóxico. Pés reguláveis, revestidos de material antiderrapante. Bivolt. Certificada pelo Inmetro. Deve acompanhar manual de instrução de uso em português. Garantia mínima de 12 meses.

Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total dos Itens
UN	8.000	892.1200	R\$ 7.136.96

UN 11,000 678,1500 R\$ 7.459,65

Total fornecedor: R\$ 14.596,61

### LONDRIHOSP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE

3 - Autoclave horizontal de mesa com capacidade de 42 litros. Controle automático através de micro controlador. Seleção de temperatura entre 120 a 134°C. Ciclo de trabalho automático. Abastecimento de água automático. Tempo de secagem até 45 minutos. Precisão e tempo de resistência: tipo PT 100. Sistema Hidráulico e Bomba de Vácuo. Filtro de Bronze. Elementos filtrantes em aço inoxidável. Válvula solenoide: em latão forjado tipo diafragma. Válvula de Segurança: construída em latão. Câmara em aço inoxidável. Duas ou três bandejas em aço inoxidável, totalmente perfuradas, para permitir uma boa circulação de vapor. Sistema de fechamento da porta dispositivo que impeca o funcionamento do equipamento com a porta aberta. Deve ser construída de forma robusta e dotada internamente com um rolamento de encosto que proporcione maior segurança e suavidade no manuseio. Cabos: devem ser de baquelite (isolamento ao calor). Resistência: deve ser níquel cromo, blindada em cabo de aço inoxidável. Gabinete em chapa de aço inoxidável reforçado, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática, externa e interna. Tampa/porta: em aço

UN 6,000 5.333,0000 R\$ 31.998,00

Pato Branco/PR, 16 de Novembro de 20	22
	PAULO HORN
	Presidente

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

**CNPJ:** 00.136.858/0001-88 **Telefone:** (46) 3313-3550

Endereço: RUA AFONSO PENA, 1902 - ANCHIETA

**CEP:** 85501-530 - Pato Branco

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 29/2022

Processo Adm.: 204/2022

Data do Processo: 02/09/2022

## f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:

inoxidável e laminado com anel de vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas. Deve possuir chave on/off, manômetro display e teclas de controle. Deve apresentar abertura para ventilação tipo veneziana. Sistema Mecânico e Eletrônico de Segurança. Construída com base nas Normas ASME e ABNT, atender a Norma NR 13. Potência mínima 2.400w. Bivolt automática. Garantia mínima de 12 meses.

11 - Desfibrilador Semi Automático DEA: Deve possuir onda bifásica para choque, ajuste automático de impedância para uso em adultos ou criancas. O choque para adultos deverá ser de no mínimo 100 J (joules). O choque para crianças deverá ser no mínimo 50 J (joules). Deverá permitir registro em memória de ECG contínuo, eventos críticos e procedimentos realizados. Deverá possibilitar através de porta infravermelha ou USB própria conexão para o sistema operacional Windows XP e superiores para acesso aos dados da memória, permitindo a leitura posterior do traçado de ECG, procedimentos executados e demais dados disponíveis para arquivo. Deverá ser fornecido hardware e software para esta transmissão. Deverá realizar auto-teste periódico com avisos de bateria baixa e necessidade de manutenção. Deverá possuir instruções de áudio bem claras e ícones visuais autoexplicativos dos procedimentos de RCP. Instrução de voz em português, alto falantes internos, sinais sonoros e botão de choque com indicador luminoso. Deverá permitir atualizações dos protocolos (procedimentos), sistema automático de identificação dos eletrodos, diferenciando o de adulto e o infantil, tempo de carga para aplicação de choque de no máximo 10 segundos para energia máxima com uma bateria/conjunto de pilhas novo carregado, o produto deve ter no mínimo a certificação IP-55 (resistência a pó e água) e ser resistente a queda, de no mínimo 1 metro de altura. O produto deverá vir acompanhado de bateria recarregável de Lítio de alta performance para no mínimo 50 choques ou 6 horas de monitorização, no mínimo 3 pares de eletrodos adesivos para adulto e 1 par de eletrodos adesivos para crianças. multifuncionais, descartáveis, bolsa, manual de operação em português e cabo de alimentação. Garantia mínima de 12 meses.

## Un. Quantidade VI. Unitário Total dos Itens

UN 1,000 7.150,0000 R\$ 7.150,00

Total fornecedor: R\$ 39.148,00

## MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS

1 - Aparelho para inalação de uso individual que permita a inalação em qualquer posição - em pé, deitado ou em movimento - sem risco de derramar o medicamento. Silencioso para utilização individual na administração de

UN 16,000 160,8700 R\$ 2.573,92

Pato Branco/PR, 16 de Novembro de 2022	
	PAULO HORN
	Drooidonto

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

Un.

CNPJ: 00.136.858/0001-88 Telefone: (46) 3313-3550 Endereco: RUA AFONSO PENA, 1902 - ANCHIETA

85501-530 - Pato Branco

PREGÃO ELETRÔNICO Nr.: 29/2022

Processo Adm.: 204/2022

Data do Processo: 02/09/2022

**Total dos Itens** 

R\$ 2.573,92

## f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:

soro fisiológico ou medicamentos por inalação. Deve dispor de controle de intensidade de névoa tipo deslizante e vir acompanhado de no mínimo: 01 corpo inalador - gerador de ultrassom c/ transdutor incorporado; 02 Copos para Medicamentos; 01 tubo corrugado flexível e conectores de 105

Quantidade VI. Unitário

## MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E

14 - Eletrocardiógrafo digital: destinado ao uso com computadores portáteis ou de mesa e pronto para telemedicina; imprimir o traçado de ECG em vários formatos via impressora do PC; Permitir a análise dos eletros das consultas anteriores de seus pacientes durante a execução de uma nova consulta e ainda gerar sua impressão do Cartão de ECG, sendo do tamanho do RG que o paciente poderá colocar na carteira para ajudá-lo em atendimentos de pronto-socorro; o eletrocardiógrafo deve funcionar sem energia elétrica, precisando apenas de bateria ou pilhas para funcionar, basta conectá-lo à porta USB do seu computador; deve possuir no mínimo: Monitorização do ECG em tempo real; Leitura do ECG em tempo real; Medidas rápidas e eficientes através de cursores eletrônicos; Impressão de 12 derivações, simultâneas, em vários formatos, incluindo cartão do ecg; Programa de rápida instalação e fácil utilização, podendo inclusive ser instalado sem custo adicional nos PC's de outros profissionais, para troca de informações e laudos; Base de fixação do equipamento na parede, pois ele pode trabalhar sobre uma mesa ou fixado à parede: acompanhar: Módulo de aquisição de ECG, Cabo de conexão USB com o computador, Cabo de paciente, Disco para instalação do programa ECG PC, 06 (seis) eletrodos tipo ventosa, 04 ( quatro) eletrodos de membros tipo clip, Fio terra auxiliar, Alimentação: Através da porta USB do PC, Manual de instalação e manual do programa: software compativel com as versões do windows 10, funcionar com com notebook, netbook, desktop ligados em rede ou não.

UN 2.000 6.280,9100 R\$ 12.561,82

Total fornecedor:

R\$ 12.561,82 **Total fornecedor:** 

#### **NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA**

8 - Câmara para Conservação de Vacinas, Hemoderivados, Kit, Reagentes, Termolábeis e Sangue: Formato vertical, com capacidade mínima de 280 litros. Gabinete interno em chapa de aço inoxidável. Gabinete externo em chapa de aço tratado quimicamente com pintura epóxi na cor branca. Unidade compressora agregada sob o gabinete com refrigeração com circulação de ar forçado. Porta de vidro dupla tipo no fog por acesso

UN 4.000 9.678.4800 R\$ 38.713,92

Pato Branco/PR, 16 de Novembro de 2022	
	PAULO HORN
	Presidente

# EST CON

## ESTADO DO PARANÁ

### CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

**CNPJ:** 00.136.858/0001-88 **Telefone:** (46) 3313-3550

Endereço: RUA AFONSO PENA, 1902 - ANCHIETA

**CEP:** 85501-530 - Pato Branco

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 29/2022

Processo Adm.: 204/2022

Data do Processo: 02/09/2022

## f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:

vertical com perfil em PVC. Abertura vertical e fechamento automático com vedação de perfil magnético. Gaxeta dupla nos quatro lados, dobradiças internas em aço inox ou aço comum. Isolamento térmico em poliuretano injetado de alta densidade, livre de CFC. Degelo automático seco com evaporação de condensado sem trabalho adicional. Equipada com chassi metálico com pés reguláveis. Quatro prateleiras tipo grelha ajustáveis e removíveis. Refrigeração com sistema de circulação interna por ar forçado através de micro ventiladores por sistema difusor direcionado para cada gaveta/prateleira,proporcionando a maior homogeneidade da temperatura em todo interior do gabinete sem provocar vibrações. O sistema de ar forçado possui controle para desligamento com abertura de porta. assim evitando a perda do frio interno. Refrigeração com compressor hermético com unidade selada e isenta de vibrações, ecológicamente correta (livre de CFC, gás R134a): Luz de LED interna de alta capacidade e vida útil com acionamento automático pela abertura da porta. Chave geral de alimentação liga/desliga e fusíveis de segurança. Tensão 110/220 Volts 50/60Hz. Temperatura controlada automaticamente pré-ajustada entre +2°C e +8°C (controlador permite o ajuste das temperaturas de trabalho); Painel de comando e controle frontal superior de fácil acesso e visualização dos parâmetros, com saída USB e PEN DRIVE, comando (termostato) eletrônico digital microprocessado programável, com ajustes dos parâmetros através de senha diretamente no display; Menu para multi sensores, que permite visualizar simultaneamente a temperatura em todos os sensores instalados; leitura das temperaturas máxima e mínima diretamente no mesmo display. Possui sistemas de alarme sonoro e visual sempre que a conservadora trabalhar em temperaturas fora do programado dotado de bateria recarregável. É possível interromper os alarmes sonoros e visuais através do acionamento de qualquer tecla do painel. Dois sensores tipo NTC, um imerso em solução glicerol (simulando temperatura da vacina) e um sensor interno no ar para o controle de temperatura: Sistema que restabelece os parâmetros mesmo com o desligamento da câmara ou queda brusca de energia. Mantém histórico das temperaturas atingidas com data e hora em intervalo de tempo programável; Permite baixar e salvar os relatórios e gráficos de temperatura em pen drive através de conexão USB frontal no painel de controle, independente de computador ou software; Possível ajustar o tempo que o alarme deve aguardar para soar após temperatura estiver fora da especificação; Data logger: software de gerenciamento via computador com emissão de relatórios

Un. Quantidade VI. Unitário Total dos Itens

Pato Branco/PR, 16 de Novembro de 2022	
	PAULO HORN
	Presidente

CNPJ:

## ESTADO DO PARANÁ

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

00.136.858/0001-88

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 29/2022

Telefone: (46) 3313-3550

Un.

UN

UN

Processo Adm.: Data do Processo:

204/2022 02/09/2022

**Total dos Itens** 

R\$ 38.713,92

R\$ 7.400,00

R\$ 7.400,00

R\$ 12.675,00

Endereco: RUA AFONSO PENA, 1902 - ANCHIETA 85501-530 - Pato Branco

Quantidade VI. Unitário

## f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:

e gráficos de performance e eventos, inclusive retroativos, obtidas através de porta USB com PEN DRIVE; Sistema de redundância elétrico/eletrônico garantindo perfeito funcionamento do equipamento; Controlador da tensão elétrica, monitora e aciona o sistema de emergência caso ocorra a instabilidade da energia elétrica; Discador telefônico: Sistema de alarme remoto à distância que realiza chamadas telefônicas via central telefônica ou linha fixa direta para até seus telefones ou celular prefixados, sempre que a temperatura estiver em nível critico e/ou por bateria fraca. Sistema de emergência: integrado sob o gabinete, equipada com bateria estacionária recarregável que permita autonomia de 24 horas sem energia convencional mantendo em funcionamento todas as funções elétricas, eletrônicas, sistemas de alarmes e compressor de frio mantendo a temperatura estável e constante dentro do programado da conservadora. (Suge

SEVEN IMPORT EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

7 - Bomba de Infusão de equipos universal de alta precisão, para medicação, dieta enteral e parenteral. Uso adulto, pediátrico e neonatal. Deve ser compatível com equipos de qualquer marca, possuir alarmes audiovisuais, sensor de gotas, modos de trabalho e funcionamento de no mínimo 4 horas em bateria. Bateria interna recarregável. Deve acompanhar o equipamento 1 cabo de força, 1 bateria interna, 1 sensor de gotas, manual de instruções em português e certificado de garantia e demais acessórios para seu perfeito funcionamento. Garantia mínima de 12 meses.

Total fornecedor:

4.225,0000

3.700,0000

2,000

3.000

**Total fornecedor:** 

V.L. FUZETI - COMERCIAL

9 - Concentrador de Oxigênio estacionário, que produza até 5L por minuto de oxigênio concentrado. Pressão de saída em torno de 5,5 psi e nível de ruído de no máximo 45 decibéis. Deve possuir no mínimo alca fácil de segurar e carregar com apenas uma mão, suporte universal para umidificador, conexão da cânula metálica, botão de liga e desliga e Alarmes sonoros. Deve possuir um indicador visual da concentração do índice de oxigênio, possibilitando visualização de que o equipamento esta apto a ser utilizado pelo paciente.

R\$ 12.675,00 **Total fornecedor:** 

> Total geral: R\$ 162.639,27

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Pato Branco/PR, 16 de Novembro de 2022	
	PAULO HORN
	Presidente



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 29/2022

**CNPJ**: 00.136.858/0001-88 **Telefone**: (46) 3313-3550

Endereço: RUA AFONSO PENA, 1902 - ANCHIETA

**CEP:** 85501-530 - Pato Branco

Processo Adm.: 204/2022

Data do Processo: 02/09/2022

Descrição da Despesa	Dotação
Aquisição de Equipamentos	01.001.10.122.0001.1001.4.4.90.52.0

Pato Branco/PR, 16 de Novembro de 2022	
	PAULO HORN
	Presidente