

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - PATO BRANCO-PR - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2023

2 mensagens

Vinicius Pinheiro <vinicius.pinheiro@medlevensohn.com.br>

24 de novembro de 2023 às 13:56

Para: licitacao@conims.com.br

Cc: Pedro Pavão <pedro.pavao@medlevensohn.com.br>, Tulio Oliveira <tulio.oliveira@medlevensohn.com.br>, thiago pereira <thiago.pereira@medlevensohn.com.br>, Tais Campos <tais.campos@medlevensohn.com.br>, Manoel Wellington <manoel.wellington@medlevensohn.com.br>, licitacoes mrv <licitacoes.mrv@gmail.com>, Naiara Lima <naiara.lima@medlevensohn.com.br>, Orlando Freitas <orlando.freitas@medlevensohn.com.br>, cirillo <cirillo@medlevensohn.com.br>, robsondepaulo <robsondepaulo@medlevensohn.com.br>, Grupo Juridico Medlevensohn <juridico@medlevensohn.com.br>

Ilmo (a) Pregoeiro (a), boa tarde.

A MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 05.343.029/0001-90, interessada em participar do certame em tela, vem respeitosamente à Vossa presença REQUERER que seja esclarecida a dúvida dos itens a seguir:

ITEM 170 e 171

- O referencial a que se refere o descritivo dos itens mencionados é em KIT ou UNIDADE?
- Esta licitante entende que são referenciais de unidade. Está correto este entendimento?

Atenciosamente,

--



UMA EMPRESA DE SAÚDE E BEM ESTAR!



Vinicius Pinheiro

Jurídico

Escritório / Office: (21) 3557-1437

✉ vinicius.pinheiro@medlevensohn.com.br

www.medlevensohn.com.br

LICITAÇÃO E CONTRATOS CONIMS <licitacao@conims.com.br>

28 de novembro de 2023 às 09:04

Para: Vinicius Pinheiro <vinicius.pinheiro@medlevensohn.com.br>

Bom dia,

Conforme descrito no próprio item, os itens 170 e 171 se tratam de KITS.

Teste rápido imunocromatográfico para detecção qualitativa de antígenos de SARS-CoV-2, Influenza A e Influenza B. O teste deve ser compatível com amostras de swab nasofaríngeo. Deve apresentar sensibilidade e especificidade superior a 90% constando na bula do fabricante. **O Kit deve possuir todos os insumos necessários para o uso a que se destina**, desde a parte da coleta até a visualização do resultado. Uso profissional. O rótulo deve conter o

nome do produto, número de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência. Deve possuir Registro Anvisa/MS e vir acompanhado de instruções de uso em língua portuguesa. Validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega

Atenciosamente,
Sandra Fim

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

LICITAÇÃO / CONTRATOS / CREDENCIAMENTO

CONIMS – Consórcio Intermunicipal de Saúde

CNPJ: 00.136.858/0001-88

Fone: (46) 3313 3550

Whats App Licitação: (46) 98405-8825

Rua Afonso Pena, 1902 – Bairro Anchieta

CEP: 85501-530 – Pato Branco - PR

www.conims.com.br

