

**esclarecimento pregão eletrônico nº029/2023**

2 mensagens

VRM IMPORT <vrm.import@hotmail.com>

6 de dezembro de 2023 às 11:21

Para: "licitacao@conims.com.br" <licitacao@conims.com.br>

Olá,

bom dia

com relação ao pregão eletrônico nº 029/2023 é falado em edital que pode ser exigido o treinamento para os equipamentos **8. TREINAMENTO (PARA EQUIPAMENTOS QUE ASSIM EXIGIREM)**.

Dito isso, para participação da empresa VRM IMPORT LTDA na licitação

gostaria de questionar se algum item abaixo solicitará treinamento:

- Compressor de ar odontológico (qual a litragem solicitada?)
- Concentrador de Oxigênio estacionário
- Oxímetro de pulso portátil

LICITAÇÃO E CONTRATOS CONIMS <licitacao@conims.com.br>

6 de dezembro de 2023 às 14:44

Para: VRM IMPORT <vrm.import@hotmail.com>

Prezados, Boa tarde

Referente ao esclarecimento,

Conforme Edital,

Serão solicitados treinamento para os equipamentos que assim exigirem;

Ou seja, neste caso será solicitado conforme a necessidade e solicitação de cada ente participante referente a cada item, podendo o ente solicitar ou não este treinamento.

Quanto a litragem; segue descritivo do item 7:

Compressor de ar odontológico. Com pintura interna do reservatório antioxidante, protetor térmico, proteção para o motor elétrico e filtros na entrada e saída de ar. Atende 1 ou mais consultórios odontológicos. Informações técnicas: tensão 110v ou 220v. Potência: mínima 1700 w (2.28 HP), deslocamento teórico aproximado 424 L/min, pressão máxima: 8 Bar, baixo ruído, garantia: 1 ano e assistência técnica.

atenciosamente,

Jean R. Dorsi

LICITAÇÃO / CONTRATOS / CREDENCIAMENTO**CONIMS – Consórcio Intermunicipal de Saúde****CNPJ: 00.136.858/0001-88**

Fone: (46) 3313 3550

Whats App Licitação: (46) 98405-8825

Rua Afonso Pena, 1902 – Bairro Anchieta

CEP: 85501-530 – Pato Branco - PR

www.conims.com.br