
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 286/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2023

3 mensagens

rafael.okada@acusticatechnoaudio.com.br <rafael.okada@acusticatechnoaudio.com.br>
Para: licitacao@conims.com.br

27 de dezembro de 2023 às 17:10

Boa tarde!

Estamos com duvidas em relação à certificação dos equipamentos de fonoaudiologia / audiologia. Neste caso, o certificado pode ser desta maneira ? (exemplo em anexo).

Todos os nossos instrumentos de calibração são calibramos por empresas com registro RBC, INMETRO. (anexo 142.632)

Aguardo retorno, Obrigado!

Atenciosamente.

Rafael Okada

Engenheiro Eletrônico - CREA-SP 507098986-3

Acústica Technoaudio Comércio e Serviços Ltda.

Av. Washington Luis, 722 – Santo Amaro – São Paulo – SP

CEP: 04662-001

Tel.: (11) 5521-0889 / 5523-0258



TECHNOAUDIO Cel.: (11) 9-9262-3168

E-Mail: rafael.okada@acusticatechnoaudio.com.br

Internet: www.acusticatechnoaudio.com.br



Não contém vírus. www.avast.com

2 anexos

 **cert. aud.Lima e Amorim_AD229b_791584_at15798_23.pdf**
102K

 **142.632 - Analisador de Frequência 2260.pdf**
9061K

LICITAÇÃO E CONTRATOS CONIMS <licitacao@conims.com.br>
Para: ASSESSORIA CONIMS <assessoria@conims.com.br>

2 de janeiro de 2024 às 07:47

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

LICITAÇÃO / CONTRATOS / CREDENCIAMENTO
CONIMS – Consórcio Intermunicipal de Saúde

CNPJ: 00.136.858/0001-88

Fone: (46) 3313 3550

Rua Afonso Pena, 1902 – Bairro Anchieta

CEP: 85501-530 – Pato Branco - PR

www.conims.com.br



Licitação Conims
Contato do WhatsApp



2 anexos

 **cert. aud.Lima e Amorim_AD229b_791584_at15798_23.pdf**
102K

 **142.632 - Analisador de Frequência 2260.pdf**
9061K

LICITAÇÃO E CONTRATOS CONIMS <licitacao@conims.com.br>
Para: rafael.okada@acusticatechnoaudio.com.br

2 de janeiro de 2024 às 10:52

Bom dia, tudo bem?

Conforme item 16.1.7 do Edital 33/2023, “para os equipamentos de medição, deverá apresentar certificado de calibração para os equipamentos consertados, indicando a sua compatibilidade com os padrões estabelecidos pelo fabricante”.

Dessa forma, a empresa deverá comprovar que possui os equipamentos adequados, dentro dos padrões do fabricante para realizar as calibrações de todos os equipamentos de medição.

O certificado de calibração de cada equipamento da empresa que serão utilizados para as calibrações dos equipamentos de medição deverá ser apresentado no dia do Pregão Eletrônico dentro da data de validade, ou seja, não pode estar vencido. Atenciosamente,

--Lhuanna G. V. Périco

LICITAÇÃO / CONTRATOS / CREDENCIAMENTO
CONIMS – Consórcio Intermunicipal de Saúde

CNPJ: 00.136.858/0001-88

Fone: (46) 3313 3550

Rua Afonso Pena, 1902 – Bairro Anchieta

CEP: 85501-530 – Pato Branco - PR

www.conims.com.br



Licitação Conims
Contato do WhatsApp



PROCESSO LICITATÓRIO Nº 286/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2023

LICITAÇÃO E CONTRATOS CONIMS <licitacao@conims.com.br>

2 de janeiro de 2024 às 10:52

Para: rafael.okada@acusticatechnoaudio.com.br

Bom dia, tudo bem?

Conforme item 16.1.7 do Edital 33/2023, “para os equipamentos de medição, deverá apresentar certificado de calibração para os equipamentos consertados, indicando a sua compatibilidade com os padrões estabelecidos pelo fabricante”.

Dessa forma, a empresa deverá comprovar que possui os equipamentos adequados, dentro dos padrões do fabricante para realizar as calibrações de todos os equipamentos de medição.

O certificado de calibração de cada equipamento da empresa que serão utilizados para as calibrações dos equipamentos de medição deverá ser apresentado no dia do Pregão Eletrônico dentro da data de validade, ou seja, não pode estar vencido.

Atenciosamente,

--Lhuanna G. V. Périco

LICITAÇÃO / CONTRATOS / CREDENCIAMENTO

CONIMS - Consórcio Intermunicipal de Saúde

CNPJ: 00.136.858/0001-88

Fone: (46) 3313 3550

Rua Afonso Pena, 1902 – Bairro Anchieta

CEP: 85501-530 – Pato Branco - PR

www.conims.com.br

Licitação Conims
Contato do WhatsApp

